

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
معاونت درمان - دفتر پرستاری

چک لیست ارزیابی کنترل عفونت واحد آزمایشگاه

تاریخ بازدید.....

ردیف	موارد قابل ارزیابی	نحوه ارزیابی	بلی (۲)	تاحدودی (۱)	خیر (۰)	غیرقابل ارزیابی	توضیحات
حیطه بهداشت دست							
۱	کارکنان از آخرین دستورالعمل بهداشت دست آگاهی دارند.	مصاحبه					
۲	راهنمای تصویری ۵ موقعیت بهداشت دست در معرض دید کارکنان در بخش نصب است.	مشاهده					
۳	کارکنان از ۵ موقعیت بهداشت دست آگاهی دارند و آن را رعایت می نمایند.	مشاهده مصاحبه					
۴	در تمام مکان های بخش دسترسی سریع به محلول هندراب وجود دارد.	مشاهده					
۵	راهنمای تصویری هندراب به ازای هر دیسپنسر نصب است.	مشاهده					
۶	محلول هندراب در حال استفاده تاریخ دارد.	مشاهده					
۷	کلیه روشویی ها مجهز به جای صابون مایع است.	مشاهده					
۸	ظروف صابون مایع پس از هر بار خالی شدن شستشو، خشک و مجدداً پر می شود.	مشاهده					
۹	کلیه روشویی ها دارای امکانات خشک کردن دست (حوله کاغذی) است.	مشاهده					
۱۰	کلیه روشویی ها دارای سطل زباله پدال دار است.	مشاهده					
۱۱	در کنار تمام روشویی ها راهنمای تصویری شستشوی دست نصب است.	مشاهده					
۱۲	بهداشت دست قبل از نمونه گیری خون انجام می شود.	مشاهده					
حیطه رعایت موازین بهداشتی توسط کارکنان							
۱	کارکنان از یونیفرم تمیز و مناسب استفاده می کنند.	مشاهده					
۲	کفش کارکنان جلو بسته و به خون و مایعات نفوذ ناپذیر است.	مشاهده					
۳	کارکنان از زیورآلات استفاده نمی کنند.	مشاهده					
۴	بهداشت فردی کارکنان شامل (کوتاه بودن ناخن ها، عدم استفاده از لاک و ناخن مصنوعی و....) رعایت می شود.	مشاهده					
۵	کارکنان از تلفن همراه در بخش استفاده نمی نمایند.	مشاهده					
حیطه حفاظت فردی							
۱	وسایل حفاظت فردی شامل (دستکش، ماسک جراحی، ماسک N95، شیلد، عینک، پیش بند) در بخش موجود است .	مشاهده مصاحبه					
۲	کیت پشتیبان وسایل حفاظت فردی در بخش موجود است و کارکنان از وجود کیت پشتیبان وسایل حفاظت فردی در بیمارستان برای موارد لزوم اطلاع دارند.	مشاهده مصاحبه					

				مشاهده	راهنمای تصویری نحوه صحیح استفاده از وسایل حفاظت فردی در بخش موجود است.	۳
				مشاهده مصاحبه	کارکنان از نحوه پوشیدن و بیرون آوردن حفاظت فردی آگاهی دارند و توالی آن را رعایت می نمایند.	۴
				مشاهده مصاحبه	کارکنان از وسایل تجهیزات فردی بر اساس راه انتقال استفاده می کنند.	۵
				مشاهده	راهنمای موقعیت های استفاده از ماسک N95 در بخش موجود است.	۶
				مشاهده مصاحبه	در مواقعی که احتمال پاشیدن خون و یا سایر مایعات و ترشحات بدن وجود دارد از گان، ماسک و عینک یا محافظ صورت استفاده می شود.	۷
				مشاهده مصاحبه	پرسنل خدمات در زمان نظافت از تجهیزات حفاظت فردی مناسب و به نحو صحیح استفاده می کنند.	۸

حیطه تزریقات ایمن و مواجهات شغلی

				مشاهده	جهت ضدعفونی محل خونگیری از پنبه خشک و اسپری الکل ۷۰ درصد استفاده می شود.	۱
				مشاهده	از سواپ پنبه آماده موجود در ظرف پنبه الکل که در الکل خیس خورده استفاده نمی شود.	۲
				مشاهده	از در پوش گذاری مجدد سرنگ (Recap) اجتناب می شود.	۳
				مشاهده	جهت درپوش گذاری سرسوزن در شرایط خاص به روش یک دستی (Scope) انجام می شود.	۴
				مشاهده مصاحبه	جهت حمل وسایل تیز و برنده از رسیور استفاده می شود.	۵
				مشاهده	سفتی باکس به ابعاد مناسب در بخش موجود است.	۶
				مشاهده	اجسام تیز و برنده در سفتی باکس دفع می شوند.	۷
				مشاهده مصاحبه	از پرشدن حجم Safty box بیش از ۳/۴ خودداری می شود.	۸
				مشاهده مصاحبه	فرم ثبت و فلوچارت مواجهه شغلی در بخش موجود است.	۹
				مصاحبه	کارکنان آگاهی کافی در زمینه پیشگیری از مواجهات شغلی دارند.	۱۰
				مصاحبه	کارکنان آگاهی کافی در زمینه اقدامات لازم در زمان وقوع مواجهه شغلی را دارند.	۱۱
				مصاحبه مستندات	واکسیناسیون هپاتیت B در تمامی کارکنان بالینی انجام شده است.	۱۲
				مستندات	تیترا آنتی بادی تمام کارکنان بالینی انجام شده است.	۱۳
				مستندات	تمامی کارکنان پرونده بهداشتی تشکیل داده اند.	۱۴

حیطه موازین کنترل عفونت

				مشاهده	تجهیزات مورد استفاده در بخش تمیز و عاری از آلودگی می باشد.	۱
				مشاهده	برنامه جهت نظافت، گندزدایی و ضدعفونی بخش و تجهیزات وجود دارد.	۲

				مشاهده	دستورالعمل استفاده از محلول های ضد عفونی و گندزدا در بخش وجود و در دسترس کارکنان قرار دارد.	۳
				مشاهده مصاحبه	کارکنان از نحوه شستشو و ضد عفونی وسایل و تجهیزات آگاهی دارند.	۴
				مشاهده مصاحبه	جهت گندزدایی ابزار و تجهیزات از محلول مناسب استفاده می شود.	۵
				مشاهده	محل مناسب جداگانه جهت شستشوی وسایل وجود دارد.	۶
				مشاهده مصاحبه	وسایل آلوده لوله ای بطور کامل شستشو و گندزدایی می شوند.	۷
				مشاهده مصاحبه	پلیت ها و لوله های حاوی محیط کشت آلوده ابتدا اتوکلاو و سپس امحا می شوند.	۸
				مستندات مصاحبه	از اندیکاتورهای بیولوژیک جهت فور / اتوکلاو استفاده می شود.	۹
				مستندات مصاحبه	از اندیکاتورهای شیمیایی در زمان استریل تجهیزات استفاده می شود.	۱۰
				مستندات مصاحبه	دفتر مستندسازی اندیکاتورهای شیمیایی کامل است.	۱۱
				مستندات مصاحبه	محیط های کشت دارای تاریخ استریل و تاریخ انقضا می باشد.	۱۲
				مشاهده مصاحبه	مانیتورینگ دستگاههای اتوکلاو و دستگاههای استریل کننده طبق ضوابط انجام می شود.	۱۳
				مشاهده	بخش باکتریولوژی از سایر قسمت ها جدا می باشد.	۱۴
				مشاهده	بخش باکتریولوژی مجهز به هود با فیلتر مخصوص می باشد.	۱۵
				مشاهده مصاحبه	دسته و تیغه لارنگوسکوپ و آموبگ ها طبق دستورالعمل پاکسازی و ضد عفونی می شود.	۱۶
				مشاهده مصاحبه	تیغه ها و دسته لارنگوسکوپ تمیز است و تیغه ها به روش صحیح (با یک محلول High Level) گندزدایی و هر کدام جداگانه در ziplok سایز مناسب نگهداری می شوند.	۱۷
				مصاحبه مشاهده	آموبگ پس از پاکسازی و گندزدایی با محلول High Level در ziplok سایز مناسب نگهداری می شود.	۱۸
				مشاهده	تاریخ ضد عفونی بر روی Ziplok ثبت می شود.	۱۹
				مشاهده	مخزن فلومتر اکسیژن در صورت عدم استفاده خشک نگهداری می شود.	۲۰
				مستندات مصاحبه	گزارش نتایج مقاومت های میکروبی توسط آزمایشگاه هر ۳ ماه یکبار به واحد کنترل عفونت ارسال می گردد.	۲۱
				مستندات مصاحبه	اطلاع رسانی به موقع جواب آزمایشات مربوط به مواجهات شغلی کارکنان به واحد کنترل عفونت انجام می گردد.	۲۲
				مشاهده	کشت های مثبت بیماران بستری بطور منظم به واحد کنترل عفونت گزارش می شود.	۲۳

				مستندات مصاحبه	کشت های مثبت غیرشایع و یا تعداد زیادی از یک سوش فوراً به کارشناس کنترل عفونت اطلاع رسانی می شود.	۲۴
				مستندات مصاحبه	نتایج غیر طبیعی تست های بیولوژیک CSR، سریعاً به سرپرستار بخش و کارشناس کنترل عفونت اطلاع داده می شود.	۲۵
				مشاهده	یخچال غذایی از یخچال موجود در آزمایشگاه جداسازی و در قسمت آبدارخانه می باشد.	۲۶
حیطه نظافت و بهداشت محیط						
				مشاهده	زباله های آزمایشگاه به عنوان زباله عفونی و طبق ضوابط دفع می شود.	۱
				مشاهده	مواد زائد جامد آلوده به نمونه های مدفوع، خلط و نسوج آلوده و بطور جداگانه و بر طبق موازین بهداشتی دفع می شود.	۲
				مشاهده	سطل های زباله پدالی و قابل شستشو می باشد.	۳
				مشاهده	تی شوینده با شرایط استاندارد در بخش موجود است. (دارای تهویه قوی و.....)	۴
				مشاهده مصاحبه	تی جداگانه جهت نظافت مناطق مختلف بخش وجود دارد و با برچسب مشخص شده است.	۵
				مشاهده	راهنمای رنگ بندی تی در بخش وجود دارد.	۶
				مشاهده	پارچه نظافت با رنگ بندی های مشخص برای نظافت قسمت های مختلف بخش وجود دارد.	۷
				مشاهده	پنجره ها مجهز به توری بوده و بسته است.	۸
				مشاهده	گل و گلدان طبیعی در بخش موجود نمی باشد.	۹